INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
certifikovaný podle ČSN EN ISO 9001
tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř * Kalibrační laboratoř * Certifikační orgán pro výrobky * Certifikační orgán systémů jakosti
Inspekční orgán * Autorizovaná osoba * Notifikovaná osoba
tel.: +420 577 601 389 fax: +420 577 601 389 e-mail:analyt@itctzlin.cz www.itczlin.cz

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL
č. j. 412102076

Objednavatel:	DF Partner s.r.o. IČ: 00545503
Adresa:	Zádveřice 165, 763 12 Vizovice
Vzorek:	popis vzorků str.2
Zadání:	Stanovení pH a vodivosti
Datum přijetí vzorku:	27.5.2009
Vypracoval:	Ing. Dagmar Valeriánová
Místo a datum vydání:	Zlín, 28.5.2009

.....
Doc.Ing. Vladimír Klepal, CSc
vedoucí zkušební laboratoře

Upozornění:Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !

Popis a identifikace vzorků:

Zadavatel předložil k analýze 1 vzorek destilované vody v původním balení 2litry. Předloženému vzorku bylo přiřazeno evidenční číslo laboratoře: 412102076/01 DF Partner - destilovaná voda pro technické účely 2 litry (datum výroby 25.5.2009)

Způsob odběru vzorků:

Výběr vzorku určeného ke zkouškám provedl objednatel. Laboratoř neručí za chyby vzniklé nesprávným odběrem vzorku.

Zadání:

Stanovení pH a vodivosti.

Použité metody zkoušení:

1. Stanovení pH dle ČSN ISO 3696
2. Stanovení vodivosti dle ČSN ISO 3696

Použité zkušební zařízení:

ad 1) pH metr, typ pH 11 Hannah instar.
ad 2) Konduktometr, typ 730 Inolab

Výsledky zkoušek:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Tabulce č. I-II:

Tabulka č. I – Stanovení pH

Označení vzorku	Jednotka	Výsledek měření [1)]	Údaj o nejistotě [2)]
412102076/01 DF Partner	-	5,50	0,01

Tabulka č. II – Stanovení vodivosti

Označení vzorku	Jednotka	Výsledek měření [1)]	Údaj o nejistotě [2)]
412102076/01 DF Partner	µS/m	3,42	0,02

Vysvětlivky k tabulce č. I-II:
[1)] Symbolem "<" je označen detekční limit metody
[2)] Výběrová směrodatná odchylka výběrového průměru ($\sigma_{n-1}/\sqrt{n}$; n=2)

Zkoušel:
ad 1,2 : Pavlína Králová, dne 28.5.2009

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Institut pro testování a certifikaci, a.s.

.....
Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí laboratoře analytické
chemie a mikrobiologie

Upozornění:Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !